

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2
Postępowanie nr 2020-876


DOTYCZY : Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści?

- Prędkość przesuwu papieru 5/10/25/50 mm/s
- Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 15 s.)
- Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanal

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Ewa Januszaniec

 05.10.2020