

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 4

Postępowanie nr: 2020-876

DOTYCZY: Zadanie nr 2

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z zapisem w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG?

Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia- specyfikacja danych technicznych

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o zapisie wstecznym przebiegu EKG do 10 sekund?

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią (zestaw pytań i odpowiedzi nr 2)

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez możliwości zapisu i odczytu badań z PenDriva, lecz z połączeniem do specjalnie dedykowanej platformy kardiologicznej, z możliwością zapisu i odczytu badań za pomocą wskazanego oprogramowania?

Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia- specyfikacja danych technicznych

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG gdzie długi zapis do oceny arytmii trwa 10 minut w pamięci aparatu oraz 20 minut podczas obsługi EKG za pomocą specjalnie dedykowanego oprogramowania do EKG?

Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia- specyfikacja danych technicznych

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z interfejsem komunikacyjnym 1x RS232, 1x USB? Dzięki dedykowanej platformie kardiologicznej nie ma potrzeby, aby aparat posiadał 3 złącza USB.

Odpowiedź: Zgodnie z Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja danych technicznych

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z filtrami zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz oraz filtrami linii izoelektrycznej w zakresie: 0,125/ 0,25/ 0,5/ 1,5 Hz?

Odpowiedź: Zgodnie z Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja danych technicznych

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez możliwości eksportu badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail za pomocą usługi EKG-MAIL, jednakże z dedykowanym oprogramowaniem do EKG, do którego eksportowane są badania z pamięci aparatu oraz możliwością dogłębnej analizy zapisu w programie?

Odpowiedź: Zgodnie z Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja danych technicznych


Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z wbudowanym, kolorowym, dotykowym ekranem LCD o przekątnej 5,7", umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o pamięci wewnętrznej 400 badań oraz dedykowanym oprogramowaniem, w którym ilość przechowywanych badań jest nieograniczona?

Odpowiedź: Zgodnie z Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja danych technicznych

Ewa Januszaniec

 06.10.2020