

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 5

Postępowanie nr: 2020-876

DOTYCZY: Zadanie nr 9

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?


Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość kontroli penetracji preparatu za pomocą wskaźników chemicznych, rozmieszczanych w miejscach trudno dostępnych? Takie rozwiązanie daje informację bezpośrednio po zakończonym procesie, czy dezynfekcja została przeprowadzona w sposób właściwy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ,ale nie wymaga.

Ewa Januszaniec

 06.10.2020