

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1

Postępowanie nr 2020-879

Pytanie nr 1.

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG o poniższych parametrach:

Prędkość przesuwu papieru 5/10/ 25/ 50mm/s
Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 15 s)
Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanal

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, przy pozostałych niezmiennych parametrach

Pytanie nr 2

Dotyczy zadania nr 7 :

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ciśnieniomierz bez funkcji bluetooth o poniższych parametrach:

- Temperatura robocza: 10-40°C/50-104°F,
- Maksymalna wilgotność względna 15-95%,
- Temperatura przechowywania: -20 - +55°C/-4 - +131°F,
- Maksymalna wilgotność względna 15-95%,
- Waga: 277 g (z bateriami),
- Wymiary: 131,5x90x60,5mm,
- Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
- Zakres pomiaru: 20-280 mmHg – ciśnienie krwi 40-200 uderzeń na minutę– tętno,
- Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0-299 mmHg,
- Rozdzielczość: 1 mmHg,
- Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg,
- Dokładność pomiaru tętna: ± 5 % wartości odczytu,
- Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5V,
- Zasilacz 6 VDC; 600mA.
- Ciśnieniomierz Microlife BP B2,
- Mankiet stożkowy ML (22-42 cm),
- Etui,
- Komplet baterii,
- Zasilacz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Ewa Januszaniec

