

Dotyczy: Postępowanie zakupowe nr 2020-879

ZESTAW NR 16

Pytanie 1 (dotyczy 2C)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z ramą ortopedyczną wykonaną w całości ze stali nierdzewnej wysoko polerowanej? Chcemy zaoferować parametr lepszy niż wymagana stal węglowa chromowana, która ma niską odporność na uszkodzenia mechaniczne, otarcia, obicia, odpryski, a finalnie na ogniska korozji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów.