

*ZESTAW NR 19*

*Postępowanie nr 2020-879*

*Pytanie nr 1*

dot. umowa §5 ust1 pkt 9) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w przypadku naprawy wyłączającej sprzęt z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

*Pytanie nr 2*

dot. umowa §5 ust1 pkt 11) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętów w zakresie zadania 3 ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

*Pytanie nr 3*

dot. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja danych technicznych zadanie nr 3

Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 880mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe