



ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 3

Postępowanie nr 2020-879

Zadanie 1 – Aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści do oceny nowoczesny aparat EKG z prędkością przesuwu papieru: 5,10,25,50 mm/s ?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza powyższe, przy pozostałych niezmiennych parametrach.

Ewa Januszaniec

