

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 6

Postępowanie nr 2020-879


Dot.: zadanie nr 2 Łóżka szpitalne

1. Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności wyrazi zgodę na złożenie oddzielnie oferty na dowolny pakiet z łózkami składający się na zadanie nr 2, tj. 2A, 2B, 2C?
Odpowiedź: Tak. Taka możliwość została opisana w Warunkach Przetargu.

2B Szpitalne łóżko elektryczne z przeznaczeniem na OIOM (10 szt.)

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą podpierającą leże w postaci dwóch kolumn o przekroju cylindrycznym, które stanowią 4 pkt podparcia leża, są systemem nowocześniejszym oraz łatwym do dezynfekcji dzięki eliminacji miejsc trudnodostępnych?
Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi, lakierowanymi, zabezpieczonymi przed rdzą szynami bocznymi na akcesoria ?
Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości 395-775mm (skok 380mm) za pomocą centralnego panelu sterowania dla personelu oraz sterowników wbudowanych w barierki boczne?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 250kg oraz z maksymalną wagą pacjenta 185kg zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52 z uwagi na przeznaczenie łóżka na intensywny nadzór?
Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem w całości wypełnionym tworzywowymi panelami z polipropylenu oraz z możliwością wsunięcia kasety pod materac lub pacjenta zatem nie ma potrzeby stosowania tunelu na kasetę?
Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwigniami zwalniającymi mechanizm przedłużenia leża umieszczonymi przy szczycie nóg, w konstrukcji podpierającej szczyt? Rozwiązanie tożsame.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w stały szczyt, który nie porusza się wraz z leżem podczas podnoszenia lub ustawiania pozycji Trendelenburga, zatem łóżko wyposażone jest w klasyczne, okrągłe (nie stożkowe), jednoosiowe krążki odbojowe? W przypadku stałego szczytu krążki stożkowe oraz dwuosiowe są zbędnym wyposażeniem, gdyż stały szczyt eliminuje ryzyko uszkodzenia parapetu, panelu nadłóżkowego itp.
Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma uchwytami stabilizującymi materac na leżu oraz dodatkowo z leżem wyprofilowanym w sposób ograniczający przesuwanie się materaca (podniesione brzegi)?
Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia





9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z sygnalizacją wizualną, graficzną informującą o zwolnionym/zablokowanym hamulcu bez konieczności emisji dodatkowego dźwięku?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe
10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem wbudowanym w barierki po stronie zewnętrznej bez wbudowanego wyświetlacza LCD?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe
11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym, który posiada przyciski z zaprogramowanymi pozycjami najczęściej stosowanymi, zatem nie ma potrzeby wyposażenia panelu w przycisk do zapamiętania pozycji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe
12. Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane za pomocą paneli wbudowanych w barierki boczne (od wewnątrz i zewnątrz) oraz panelu centralnego, łóżko bez dodatkowego pilota przewodowego, który często ulega uszkodzeniom, np. z powodu upadku na podłogę lub uszkodzenia przewodu w wyniku zaplątania się w barierki boczne?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe
13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją automatycznego zatrzymania segmentu pleców jedynie w pozycji 30° przy regulacji w dowolnym kierunku za pomocą przycisków w panelu centralnym oraz panelach wbudowanych w barierki boczne?
Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia
14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie 0-64 stopni, uda w zakresie 0 – 32 stopni
Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia
15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża tylko za pomocą centralnego panelu sterowania oraz paneli wbudowanych w barierki boczne?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe
16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z sygnalizacją diodową, optyczną informującą o najniższej pozycji leża?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe
17. Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 14cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymogów z punktu 23
18. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i umożliwi złożenie oferty tylko na łóżka typu 2B i wydzieli je do osobnego pakietu, co umożliwi uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej dla Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak. Składanie ofert na poszczególne zadania jest dopuszczalne.