



ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 8

Postępowanie nr 2020-879

Zadanie nr 4.

Dotyczy: Wózki do przewozu pacjentów potencjalnie zakaźnych – 10 szt.

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta, fabrycznie nowy, posiadający następujące parametry techniczne:

Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy
Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji, platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG,
Wózek wyposażony w materac piankowy, w pokrowcu z osłoną nie zawierającą lateksu, osłona poliestrowa, powlekana poliuretanem i poliamidem, nieprzemakalny, mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie, jeden kolor materaca.
Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu

Z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Zadanie nr 10.

Dotyczy: Materac zwykły – 50 szt

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości materac przeznaczony do wyposażenia łóżka szpitalnego o następujących parametrach:

Wysokość 12 cm.

Wymiar materaca 200cm x 86cm.

Z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Zadania nr 2.

Zwracamy się prośbą o wydzielenie pozycji : 2 b . Łóżka szpitalne z materacem z przeznaczeniem na OIOM – 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe , o czym poinformował w warunkach Przetargu.

Zadania nr 11.

Zwracamy się prośbą o wydzielenie pozycji : 11 a. Materac p/odleżynowy – 20 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe , o czym poinformował w warunkach Przetargu.

Pytanie do pkt. 14) Termin wykonania zamówienia.

Czy Zamawiający, dopuści przedłużenie terminu realizacji zamówienia, dostawy wraz z instalacją aparatury i sprzętu medycznego do 10 tygodni (Zadanie nr 4. Wózki do przewozu pacjentów potencjalnie zakaźnych – 10 szt.) ze względu na obecnie panującą sytuację - stan zagrożenia epidemicznego (COVID-19) i wynikające z tego tytułu możliwości wydłużenia czasu dostawy. Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować skonfigurowany indywidualnie pod Zamawiającego przedmiot umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

