

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 9

Postępowanie nr 2020-879

Dotyczy zapisów SIWZ i projektu umowy:

1.

W odniesieniu do §1 ust. 4 wzoru umowy dodanie zapisu:

„a) Zamawiający przedłuży termin realizacji umowy o okres do 4 tygodni – po uzasadnionym wniosku Sprzedawcy, który uprawdopodobni sytuację powodującą wydłużenie się czasu produkcji i transportu wyrobów lub komponentów krajowych i importowanych ze względu na pandemię koronawirusa.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji kolejnego terminu wykonania umowy – w sytuacji gdyby przedłużenie terminu o maksymalnie 4 tygodnie - ze względu na eskalację konsekwencji pandemii nie byłoby wystarczające dla realizacji przedmiotowej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Umowie zapis z powyższej propozycji podpunktu „a”

2. Z uwagi na pisemną formę składania ofert i spiętrzenie zamówień oraz przetargów na rynku urządzeń medycznych, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o trzy dni kalendarzowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje przedłużenia terminu składania ofert

Zamawiający, zgodnie z zapisami SIWZ pkt 6 ppkt k), dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Prosimy o rozgrupowanie zadania nr 2 (łóżka szpitalne) na odrębne zadania:

Zadanie A. Łóżka szpitalne standardowe z materacem (30 szt.)

Zadanie B. Szpitalne łóżko elektryczne z przeznaczeniem na OIOM (10 szt.)

Zadanie C. Szpitalne łóżko hydrauliczno – ortopedyczne (10 szt.)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, o czym poinformował w Warunkach Przetargu

Dotyczy zadania 2 (2A) – Łóżka szpitalne standardowe z materacem (30 szt.).

1. Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia świadectwa jakości zdrowotnej PZH dla materacy do łóżek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Dotyczy zadania 2 (2B) – Szpitalne łóżko elektryczne z przeznaczeniem na OIOM (10 szt.)

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne o całkowitej szerokości 960 mm,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem a najniższym elementem podwozia wynoszącą 11 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z leżem wypełnionym gładkimi i sztywnymi płytami HPL, odpornymi na uszkodzenia mechaniczne, działanie wilgoci, promieni UV i środków dezynfekujących?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z barierkami stalowymi - poręcze boczne lakierowane proszkowo jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające





poza obrys zewnętrzny łózka. Poręcze zbudowane z trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające ok. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52, o wysokości po rozłożeniu 370 mm od poziomu leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka elektryczne z czterema płaskimi krążkami odbojowymi jednoosiowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

6. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżek z następującym systemem sterowania:

1) pilot ręczny przewodowy (funkcje: regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - funkcja autokontur - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga) - sterownik wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiającego blokowanie funkcji sterujących przez personel;

2) panel sterowania dla personelu, zawieszany na szczycie łózka od strony nóg pacjenta (funkcje: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - powyższe funkcje z indywidualną blokadą każdej z nich - funkcja autokontur - funkcja krzesła kardiologicznego uruchamiana jednym przyciskiem - ustawienie pozycji do badań uruchamiana jednym przyciskiem - ustawienie pozycji Fowlera uruchamiana jednym przyciskiem - funkcja CPR uruchamiana jednym przyciskiem, oznaczona kolorem innym jak pozostałe – przycisk widoczny – wyróżniający się - ustawienie pozycji antyszokowej uruchamiana jednym przyciskiem oznaczona kolorem wyróżniający się). Panel sterowania wyposażony w zabezpieczenie w postaci podnoszonej pokrywy zabezpieczającej pulpit sterujący przed przypadkowym uruchomieniem funkcji. Panel nie posiada wyświetlacza LCD oraz wskaźnika naładowania akumulatora i podłączenia do sieci. Panel posiada zabezpieczenie mechaniczne przed przypadkowym użyciem funkcji (pokrętła blokujące).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka elektryczne z płynną regulacją segmentu oparcia pleców (bez skoku 15 – 30 – 45 stopni)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

8. Ad 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka elektryczne, w którym regulacja wysokości realizowana jest elektrycznie za pomocą funkcji na pilocie lub panelu sterowania, nie zaś pedałem nożnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka elektryczne ze szczytami tworzywowymi bez funkcji zabezpieczenia przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka elektryczne bez wysuwanej półki do odkładania pościeli?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka elektryczne z funkcją przedłużenia leża o 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka z kołami o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka o bezpiecznym obciążeniu roboczym 230 kg?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka z materacem o grubości 12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Dotyczy zadania nr 2 (2C) – Szpitalne łózko hydrauliczne – ortopedyczne (10 szt.)

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne z ramą wewnętrzną, ukrytą pod segmentami, jako parametr lepszy?.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej 2180 mm, szerokości całkowitej wraz z barierkami (lub bez) 960 mm i szerokości leża 850 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne ze szczytami wykonanymi z rur ze stali nierdzewnej polerowanej? Pozostałe parametry szczytów. - zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami stalowymi - poręcze boczne lakierowane proszkowo składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z trzech poprzeczek poziomych (rurek o średnicy 25 mm) oraz łączników pionowych i zabezpieczające ok. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki za pomocą – za pomocą zatrzasku. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52, o wysokości po rozłożeniu 370 mm od poziomemu leża? Barierki nie poszerzają obrysu łóżka w żadnej fazie składania i rozkładania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

5. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z regulacją segmentu uda w zakresie 0-40 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

6. Dotyczy wiersza 12: Prosimy o dopuszczenie łóżka z regulacją hydrauliczną Trendelenburga i anty-Trendelenburga za pomocą oznaczonych na czerwono dźwigni umieszczonych zarówno od strony nóg, jak i od strony głowy pacjenta – według kierunku nachylenia. Personel naciska dźwignię funkcyjną, a ruch wykonywany jest lekko i płynnie dzięki pompie hydraulicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

7. W zakresie pkt. 13: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżek bez funkcji autoregresji oparcia pleców.

Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiot Zamówienia

8. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z regulacją wysokości leża w zakresie 360 – 810 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z materacem o grubości 12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Zadanie nr 3 – Stoliki przyłóżkowe 50 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stoliki przyłóżkowe o wymiarach zewnętrznych: wysokość 825 mm / głębokość 440 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Zadanie nr 4 – Wózki do przewozu pacjentów potencjalnie zakaźnych – 10 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózków o dopuszczalnym obciążeniu 180 kg?

Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym opisem Przedmiotu Zamówienia

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózków bez kosza wielofunkcyjnego?

Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym opisem Przedmiotu Zamówienia