

Dotyczy: Postępowanie zakupowe nr 2020-879

ZESTAW NR 15

Dotyczy : Zadanie 11b

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji części 11b do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Dotyczy:Zadanie 11, pkt 7.

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie Materac zmiennociśnieniowy prostokomorowy w formie nakładki, składający się z 17 komór poprzecznych wykonanych z PU, komory napełniają się na przemian co druga

Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy: Zadanie 11, pkt 4, pkt. 9.

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie materaca który charakteryzuje się skutecznością profilaktyki i leczenia odleżyn do 2 stopnia włącznie według skali 4 stopniowej u pacjentów o wadze do 150 kg

Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy: Zadanie 11, pkt. 13

Zwracamy się do zamawiającego o opuszczenie materaca wyposażonego w pompę :
Pompa z regulacją ciśnienia w zakresie 20 - 60 mmHg (± 10 mmHg) o wydajność 6 l/min. charakteryzującą się Cichą pracą - max 21dBA o łącznej masie 2 kg, wyposażoną we wskaźnik niskiego ciśnienia oraz wbudowany filtr powietrza

Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia