



Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 do postępowanie nr 2021-909

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści bieliznę pościelową o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze zgodnej ze SIWZ?

Proponowana pościel jest przeznaczona do użytku w szpitalach oraz zgodna z normą CEN/TS 14237 – Tekstylija w systemie ochrony zdrowia.

ODP: TAK

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści wymiary i konstrukcję asortymentu jak poniżej:

- prześcieradło 160x250 cm,
- poszwa 160x210 cm z zakładem 30 cm,
- prześcieradło operacyjne 170x210 cm,
- podkład operacyjny 90x150 cm,
- serweta 75x90 cm?

ODP: TAK

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby dzierżawione prześcieradła operacyjne, podkłady operacyjne, kompresy operacyjne, serwety operacyjne, ubrania i sukienki operacyjne oraz fartuchy operacyjne spełniały parametry normy PN-EN 13795, tj. były zgodne z ww. normą w zakresie parametrów jak poniżej:

- pylenie,
 - wytrzymałości na wypychanie na sucho,
 - wytrzymałość na rozciąganie na sucho,
- oraz dodatkowo dla serwet i pola krytycznego fartuchów:
- czystość mikrobiologiczna,
 - odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho,
 - odporność na przenikanie cieczy,
 - wytrzymałości na wypychanie na mokro
 - wytrzymałość na rozciąganie na mokro,
 - odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro,

co będzie potwierdzone załączonymi do oferty wynikami badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą? Bielizna przeznaczona na bloki operacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna spełniać wyżej wymienione parametry.

ODP: TAK

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby dzierżawione fartuchy operacyjne były fartuchami barierowymi o konstrukcji jak poniżej:

- pole krytyczne z tkaniny poliestrowej o odporności na przenikanie cieczy na poziomie co najmniej 90 cm H₂O o gramaturze max. 120 g/m²,
- pole niekrytyczne z chłonnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o gramaturze max. 120 g/m²?

Oferowane fartuchy zapewniają bardzo duże bezpieczeństwo oraz bardzo duży komfort pracy.

ODP: TAK

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła operacyjne, podkłady operacyjne, kompresy operacyjne, fartuchy operacyjne barierowe, serwety barierowe i bawełniane w dwóch kolorach – zielonym i niebieskim?

ODP: TAK

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści serwety i podkłady zamiast bawełniane, to wykonane z tkaniny z domieszką poliestru?

ODP: Treść zapisu może zostać uzgodniona na etapie wyboru oferenta

ODP: NIE