



Zestaw pytań i odpowiedzi nr 9 do postępowanie nr 2020-873

1. **Dotyczy poz. 561:** Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o parametrach wymienionych poniżej:

Wiskoelastyk hialuronian sodowy kohezyjny, osmolarność 270-400 mOs/kg, stężenie 14 mg/ml (1.4%) hialuronianu sodu, pH 6.8 do 7.6, masa cząsteczkowa 2.8-3.2 mln Da. Pochodzenie biofermentacja, preparat do stosowania śródocznego – ampułkostrzykawka 1 ml?

ODP: Nie dopuszcza.

2. **Dotyczy poz. 1338:** Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu pakowany po 10 fiolek?

ODP: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

3. **Dotyczy poz. 1436:** Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu w fiolkach?

ODP: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

4. **Dotyczy poz. 1474:** Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o parametrach wymienionych poniżej:

1ml x 1 ampułkostrzykawka, 1% hialuronianu sodu do stosowania śródoperacyjnie, lepkość 300 000mPa-s, osmolarność 270-400 mOs/kg. Masa cząsteczkowa 2.8-3.2 mln Da, pH 6.8 do 7.6?

ODP: Nie dopuszcza.

5. **Dotyczy poz. 561, 1338, 1339, 1341, 1436, 1474:** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu realizacji dostawy „na ratunek” oferowane przez nas produkty są wyrobami medycznymi które stosuje się je w planowanych zabiegach.

ODP: Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy.

6. **Dotyczy terminu płatności:** Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności do 60 dni.

ODP: Zmiana terminu płatności może podlegać negocjacom na etapie wyboru oferenta